



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 54228

Срок действия до 20 февраля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Термопреобразователи с унифицированными выходными сигналами
КТХАУ(КТХКУ)-0102, ТХАУ-1387, ТХАУ(ТХКУ)-2088, ТХАУ(ТХКУ)-2088К,
ТХАУ (ТХКУ)-2388, ТХАУ (ТХКУ)-2388К, ТХАУ(ТХКУ)-2988, ТХАУ(КТХКУ)-0102Ех,
ТХАУ-1387Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх, ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех,
ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888, ТХКУ-2888Ех, ТХАУ(ТХКУ)-1087,
ТХАУ(ТХКУ)-2088-АС, КТХАУ(КТХКУ)-0102-АС**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Пьезоэлектрик", г. Ростов-на-Дону

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 56574-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

908.2022.00.000 Д6

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **20 февраля 2014 г. № 152**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



25 02 2014 г.

Серия СИ

№ 014114